



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**GAZBİR-GAZMER Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Limited
Şirketi Konya Şubesi**

Merkez Adres: Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Cad. Artar 5 San. Sitesi No:36/E Karatay Konya/Türkiye Konya / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1634-T

Akreditasyon Tarihi : 14.12.2021

Revizyon Tarihi / No : 02.12.2025 / 04

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **13.12.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1634-T	GAZBİR-GAZMER Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Limited Şirketi Konya Şubesi	
	Akreditasyon No : AB-1634-T Revizyon No: 04 Tarih: 02.12.2025	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Yakamoz Cad. Artar 5 San. Sitesi No:36/E Karatay Konya/Türkiye Konya / Türkiye		Telefon : +90 216 388 8111 Fax : +90 216 388 8100 E-Posta : mkmaranci@gazmer.com.tr Web Sitesi : http://www.gazmer.com.tr

Sayaçlar

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Diyaframli gaz sayaçları (Maks. G40)	Doğruluk (Gösterge hatası) deneyi	2014/32/EU (AB) Ek IV, MI-002 OIML R 137-1&2 Madde 5 71/318/EEC (AET) Bölüm II Madde 8.1 (*07.08.2008 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) 2004/22/EC (AT) Ek MI-002 (*29.06.2016 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Diyaframli gaz sayaçları (Maks. G40)	Basınç kaybı deneyi	TS EN 1359 Madde 5.2 EN 1359 Madde 5.2 71/318/EEC (AET) Bölüm II Madde 6 (*07.08.2008 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) TS 5910 EN 1359:2008 Madde 5.2. (*31.07.2017 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Türbin tipi gaz sayaçları ve Döner yer değiştirmeli(Rotary) gaz sayaçları (Maks. G1600, Maks. 4 bar)	Doğruluk (Gösterge hatası) deneyi	2014/32/EU (AB) Ek 4, MI-002 OIML R 137-1&2 Madde 5 TS EN 12261 Madde 5.2.1 - Türbin tipi gaz sayaçları TS EN 12480 Madde 5.2 - Döner yer değiştirmeli(Rotary) gaz sayaçları 71/318/EEC (AET) Bölüm III Madde:7.1 (*07.08.2008 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) TS 5477 EN 12261 Madde 5.2.1, (*23.12.2004 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

